



CTVIM

6 rue Gaspard Monge

ZI Sud

13200 ARLES

☎ : 04 83 73 53 42

✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 5424

DUPLICATA

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 15655

DELIVRE A : MICROMEGA PESAGE
ZAC DU CARREAU DE LA MINE
IMPASSE DU LAVOIR
13590 MEYREUIL

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 16 poids

Constructeur : ZWIEBEL (LZ)

Type : Cylindrique
 Laiton chromé

N° de série : M95

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 23/02/2021

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

P.O. L'OPERATEUR
Anthony DERISSON

LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISEE QUE
SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL



ETALONNAGE
Accréditation
n° 2-1539

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 70\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

L'incertitude de mesure élargie correspond à l'incertitude-type composée multipliée par un facteur d'élargissement $k=2$, de telle sorte que la probabilité de couverture corresponde approximativement à 95%.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
ZC30A	1 g	23/02/2021	1,000 30 g			0,30 mg	Néant
ZC12P	2 g	23/02/2021	2,000 30 g			0,40 mg	Néant
ZC63N	2 g	23/02/2021	2,000 44 g			0,40 mg	Néant
ZV 1018	5 g	23/02/2021	5,000 06 g			0,50 mg	Néant
ZP 444	10 g	23/02/2021	9,999 64 g			0,60 mg	Néant
ZV 1820	10 g	23/02/2021	9,999 89 g			0,60 mg	Néant
ZR 793	20 g	23/02/2021	19,999 78 g			0,80 mg	Néant
ZA10H	50 g	23/02/2021	50,000 4 g			1,0 mg	Néant
95 *	100 g	23/02/2021	99,997 4 g			1,6 mg	Néant
95 **	100 g	23/02/2021	100,000 6 g			1,6 mg	Néant
95	200 g	23/02/2021	200,005 4 g			3,0 mg	Néant
95	500 g	23/02/2021	500,010 4 g			8,0 mg	Néant
*	1 kg	23/02/2021	1,000 007 kg			16 mg	Néant
**	1 kg	23/02/2021	0,999 987 kg			16 mg	Néant
95	2 kg	23/02/2021	2,000 026 kg			30 mg	Néant
95	5 kg	23/02/2021	4,999 996 kg			80 mg	Néant

Fin



CTVM
6 rue Gaspard Monge
ZI Sud
13200 ARLES
☎ : 04 83 73 53 42
✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

DUPLICATA

CONSTAT DE VERIFICATION N° CV 15655

DELIVRE A : MICROMEGA PESAGE
ZAC DU CARREAU DE LA MINE
IMPASSE DU LAVOIR
13590 MEYREUIL

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

Désignation : Série de 16 poids

Constructeur : ZWIEBEL (LZ)

Type : Cylindrique
 Laiton chromé

N° de série : M95

CONDITIONS DE VERIFICATION

Norme ou texte de référence :
Décision N° 10.00.600.001.1 du 28/06/2010

Procédure interne de vérification :
MO EM Etalonnage et Vérification

Conditions d'environnement :
Sans influence sur le classement

Date de la vérification : 23/02/2021

CONSTAT

Date d'émission du constat: 23/02/2021

Il a été constaté que l'erreur de justesse (Ej) de la (des) masse(s) ci-après identifiée(s) (excepté pour l'(les) éventuelle(s) masse(s) non classée(s)) augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par les textes cités en référence des quels découle :

$$\bullet |Ej| + U \leq EMT$$

Identification	Masse nominale	Classe
ZC30A	1 g	M1
ZC12P	2 g	M1
ZC63N	2 g	M1
ZV 1018	5 g	M1
ZP 444	10 g	M1
ZV 1820	10 g	M1
ZR 793	20 g	M1
ZA10H	50 g	M1
95 *	100 g	M1
95 **	100 g	M1
95	200 g	M1
95	500 g	M1
*	1 kg	M1
**	1 kg	M1
95	2 kg	M1
95	5 kg	M1

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

P.O. L'OPERATEUR
Anthony DERISSON

Ce document comprend 1 page

CE CONSTAT DE VERIFICATION GARANTIT LE RACCORDEMENT DES RESULTATS D'ETALONNAGE AU SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES (SI)
LA VERIFICATION A ETE EFFECTUEE SELON UNE PROCEDURE VALIDEE PAR LE COFRAC
LA REPRODUCTION DE CE CONSTAT DE VERIFICATION N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL

cofrac

ETALONNAGE
Accréditation
n° 2-1539
Portée disponible
sur www.cofrac.fr